ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

к аппаратно-программному комплексу для скрининг-оценки
уровня психофизиологического и соматического здоровья

№	Параметры	Наличие функции, характеристики/значения требуемых параметров
1	**Общие требования**	
1.1.	Назначение	Предназначен для определения и регистрации порога болевой чувствительности биологически активных точек при тепловом воздействии точечным источником инфракрасной энергии
1.2.	Гарантийный срок эксплуатации	Не менее 12 месяцев
2	**Технические характеристики**	
2.1.	Напряжение питания постоянного тока	5,0 В
2.2.	Напряжение питания блока питания от сети переменного тока 50 ГЦ	220±10%
2.3.	Величина тока, питающего нагревательный элемент	0,26±0,003 А
2.4.	Габаритные размеры	Не более 100 х 52 х 18 мм
2.5.	Масса прибора с блоком питания	Не более 0,5 кг
2.6.	Потребляемая мощность от сети	Не более 3 ВА
3	**Комплектация**	
3.1.	Прибор	Наличие
3.2.	Термощуп	Наличие
3.3.	Кнопка	Наличие
3.4.	Блок питания	Наличие
3.5.	Паспорт–инструкция по эксплуатации	При поставке
3.6.	Компакт-диск с программным обеспечением	Наличие
3.7.	Упаковка	Наличие
4	**Программное обеспечение**	
4.1.	Базовый модуль	Наличие
4.2.	«Системы организма»	Наличие
4.3.	«Рефлексотерапия»	Наличие
4.4.	«Фитотерапия»	Наличие
4.5.	«Точечный массаж»	Наличие
4.6.	«Диета по группе крови»	Наличие
4.7.	«Тест Люшера»	Наличие
4.8.	«Подбор БАД» различных фирм	Наличие
4.9.	Электронный ключ к программному обеспечению	Наличие
5	**Безопасность**	
5.1.	Меры безопасности	Соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0 для изделий класса II