Техническое задание для гастрофиброскопа Pentax FG-29-V

Критерий	Техническое задание
Рабочая длина вводимой трубки	1050 мм
Общая длина	1395 мм
Диаметр вводимой трубки	9,8 мм
Диаметр рабочего канала	2,8 мм
Диаметр дистального конца	9,8 мм
Изгиб дистального конца	
Верх/Вниз	210/120
Вправо/Влево	120/120
Угол поля зрения	100
Глубина резкости	3-100 мм
Диоптрия	+2 --- -8Дптр
Покрытие инструментального канала	Тефлон
Клапаны подачи воды/воздуха, отсоса, стопорные клапаны	Автоклавируемые
Способ дезинфекции	Холодный, с полным погружением
Комплект поставки	
Биопсийные щипцы	1 шт.
Щетка для очистки инструментального канала	1 шт.
Загубник	2 шт.
Заглушка инструментального канала	10 шт.
Адаптер для очистки каналов	1 шт.
Гарантия	12 мес.
Наличие сервисного центра в г.Москве	Наличие
Страна-производитель	Япония

Техническое задание для источника света к гастрофиброскопу Pentax FG-29-V

Критерий	Техническое требование
Сеть питания	
Напряжение	Переменное, 220-240 В
Частота	50/60 Гц
Потребление	1 А (220-240 В)
Освещение	
Лампа	Галогеновая 150 Вт
Ресурс лампы	50 часов
Управление яркостью	
Система	Ручная, диафрагма на пути света
Система подачи воздуха	
Система насоса	Электромагнитный вибрационный
Давление	41 кПа – 62 кПа при нулевом потоке
Стандартный поток подачи воздуха	3,2-8,0 л/мин
Система подачи воды	
Сжатие воды в бутылке	Под воздействием воздушного насоса
Объем бутылки	250 см

Рекомендуемое наполнение бутылки	Наполнение до 2/3 объема, стерильная вода
Классификация электромедицинского оборудования	
Тип защиты от электрического удара	Оборудование класса 1, вилка с 3 мягкими контактами
Степень защиты от электрического удара	BF тип (плавающий), эндоскоп изолированный, использование на сердце запрещено
Степень защиты от взрыва	Не применять в зоне присутствия горючих газов
Размеры	
Ширина	125 мм
Высота	165 мм
Глубина	270 мм
Вес	6 кг
Комплектация	
Контейнер для подачи воды	1 шт
Дополнительная лампа	1 шт
Гарантия	18 мес.
Страна производитель	Япония