УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника УЗАГВ,
председатель котировочной комиссии
_____ А.Е.Станчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении заказа на поставку автоматического анализатора электролитов для МУЗ «Городская больница №6» в 4 квартале 2008 года путем запроса котировок от 19.11.2008 года

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Внебюджетные средства
3. Форма котировочной заявки:
Приложение №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
Автоматический анализатор электролитов (код 331124 1). В количестве – 1 (одна) шт. Техническая характеристика (Приложение №2).
5. Место доставки поставляемых товаров:
МУЗ «Городская больница № 6», 600901, г.Владимир, Институтский городок, д.18
6. Срок поставки товаров:
До 20 декабря 2008 года
7. Условия поставки и оплаты товаров:
Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами поставщика. Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании. Безналичный расчет по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Наличие оформленных актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных.
8. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:
В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.
9. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта определилась в результате изучения рынка необходимых товаров и составляет: **180000 рублей**
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
ул. Большая Нижегородская, д.75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13) Срок подачи котировочных заявок **до 17 часов 00 мин. 25.11.2008 г.**
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через пять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой
мы,_____
_____
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____
место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить поставку оборудования в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№№ п/п	Наименование товара	Требуемое значение
		В соответствии с приложением к котировочной заявке

Место поставки товаров:

_____

Сроки поставки товаров:

_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) _____

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложения на _____листах.

1. Технические характеристики товаров (в обязательном порядке).
2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

Приложение № 2

Техническая характеристика

Автоматический анализатор электролитов

1. Функциональные характеристики:

Определяемые параметры: K+, Na+, Ca++, pH
Метод определения: ионоселективный
Расчетные параметры: нормализация Ca к содержанию pH 7,40 для проб с pH 7,20-7,60
Материал/объем пробы: цельная кровь, плазма, сыворотка / 1002 мкл
Диапазон измере6ний, моль/л: Na+ 20-200
K+ 0,2-40,0
Ca+ 0,1-6,0
pH 6,0-8,0
Время анализа пробы: 60 сек
Электроды: сменные, не требующие обслуживания
Рабочие растворы, емкость для отходов: в интегрированном сменном модуле (емкость до 1200 проб)
Память: пробы пациентов – 125 измерений,
контроль качества – по 20 измерений каждого контроля (норма, высокий, низкий)
Калибровка: автоматическая или по требованию оператора
Вывод данных: дисплей 2стр.х32симв., встроенный термопринтер (40 колонок), порт RS-232
Интерфейс пользователя: русско-английский
Параметры питающей сети: 110/115 В, 50-60 Гц, 0,8 А или 220 В, 50-60 Гц, 0,4 А
Руководство пользователя: на русском языке

2. Комплектация расходными материалами: стартовый комплект; набор контрольных материалов, два уровня (2х10мл) – 1 уп.; шприц с кальций-сбалансированным гепарином, объем 2 мл (50 шт.) – 1 уп.

3. Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии (наличие)
4. Сертификат соответствия Госстандарта России (наличие)
5. Регистрационное удостоверение МЗ РФ (наличие)
6. Выпуск не ранее 2008 года (наличие)