ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-8

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **16 декабря 2008 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **16 декабря 2008 г. в 12:08** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира.
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 2 декабря 2008 г.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы централизованного стерилизационного оборудования в МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимира.
Количество: см.приложение.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 457 074.41 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Родильный дом № 1", г. Владимир, ул. Константино-Еленинский проезд, д.1.
Обслуживание и бесперебойная работа системы централизованного стерилизационного оборудования.
С 1 января 2009г. по 31 декабря 2009 г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.
В течение 30 календарных дней с момента представления счета, счета -фактуры, акта оказания услуг.
По счету, счету -фактуре, акту оказания услуг.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): 2009 год.
100%.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: см.приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию системы централизованного стерилизационного оборудования в МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимира

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Оказание услуг по техническому обслуживание системы централизованного стерилизационного оборудования в МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимира Код по ОКДП 9460000
2.	Объем оказываемых услуг	В соответствии с приложением
3.	Требования к качеству оказываемых услуг	100 %
4.	Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг	Обслуживание и бесперебойная работа системы централизованного стерилизационного оборудования. Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
5.	Требования к безопасности оказываемых услуг (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому риску жизнь, здоровье и имущество потребителя - со ссылкой на регламентирующий документ)	Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)	-

1. Система водоподготовки:

Наименование работ	Периодичность
Осмотр и контроль работы всех элементов установки	4 раза в год
Промывка фильтра грубой очистки: гидравлическая; химическая.	4 раза в год
Диагностика насосной станции исходной воды.	4 раза в год
Диагностика фильтра обезжелезивания воды типа MGS-1054/268/740: контроль настроек; - экспресс-анализ воды.	4 раза в год
Диагностика фильтра дехлорирования воды типа ACS-1054/263/740: контроль настроек; - экспресс-анализ воды.	4 раза в год
Диагностика фильтра умягчения воды типа SFS-1354/255/964: контроль настроек; экспресс-анализ воды.	4 раза в год
Замена картриджей механической очистки на установке обратного осмоса типа УВОЙ-М-Ф-4040-2.	4 раза в год
Химическая регенерация мембранных элементов установки обратного осмоса типа УВОЙ-М-Ф-4040-2.	4 раза в год
Диагностика насосной станции раздачи воды умягченной	4 раза в год
Диагностика насосной станции раздачи воды очищенной	4 раза в год
Санитаризация емкости накопления воды умягченной	3 раза в год
Санитаризация емкости накопления воды очищенной с заменой фильтров дыхания 0.22 мкм.	3 раза в год
Поставка комплектующих в соответствии с пожеланиями заказчика	По требованию
Аварийный выезд (не более 3-х раз за год) в течении 3-х дней	По требованию

2. Компрессор *TKi 10*

Операция обслуживания	Периодичность
-Проверять соответствие отображаемой на термометре температуры указанному на табличке значению; -Проверять исправность сброса конденсата; -Проверять чистоту радиатора; -Замена масла; -Замена патрона масляного фильтра; -Затяжка винтов на проводах реле К1-К2-К3; -Натяжение ремня; -Проверка герметичности гидродинамического контура; -Проверка затяжки винтов электрического блока; -Проверка состояния гибкого шланга установки сброса конденсата; -Проверять состояние засорения входных и выходных воздушных фильтров; -Чистка радиатора; -Чистка механического фильтра установки сброса конденсата; Техосмотр всасывающего клапана; -Чистка воздухомасляного радиатора; -Чистка пылезащитного фильтра предварительной очистки; -Тепловое испытание двигателя; -Тепловое испытание масла;	2 раза в год

3. Моечно-дезинфекционная машина *STEELCO DS 600*

Операция обслуживания	Периодичность
Чистка нагревательного элемента	4 раза в год
Осмотр и чистка дозировочных насосов	4 раза в год
Чистка и замена мембран электромагнитных клапанов	4 раза в год
Чистка датчика термостата	2 раза в год
Замена трубки внутри дозировочного насоса	2 раза в год

4. Формальдегидный стерилизатор *MATACHANA 130LF*

Операция обслуживания	Периодичность
Осмотр и техобслуживание всего устройства	3 раза в год
Замена фильтра для раствора формальдегида	2 раза в год
Замена вентиляционного фильтра	2 раза в год
Замена стерильного фильтра для деионизированной воды	2 раза в год
Замена пластинки для защиты от известкового налета	1 раз в месяц

Осмотр на предмет безопасности всех узлов	2 раза в год

5. Паровой стерилизатор *MATACHANA S1006 E2*

Операция обслуживания	**Периодичность**
Проверка источников подачи (вода, воздух, пар), очистка фильтров подачи воды, воздуха, дренажа. Смазка направляющих двери, защитного устройства блокировки двери.	4 раза в год
Очистка системы продувки пара, продувки кожуха, резервуара для воды. Настройка давления в подающих магистралях (вода, воздух, пар).	3 раза в год
Проверка термостата, термометра, манометра	3 раза в год
Очистка корпусов и уплотнителей предохранительных клапанов	2 раза в год
Калибровка предохранительных клапанов	2 раза в год
Очистка корпусов и уплотнителей пневматических клапанов	2 раза в год
Замена резервной аккумуляторной батареи центрального процессора. Замена стерильного воздушного фильтра	2 раза в год
Проверка правильности прохождения циклов работы	2 раза в год

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Медика-Сервис"** (победитель аукциона) и составило ***455 900*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Медтехника"** и составило ***456 000*** руб.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.