ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 495аэм-20

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **25 ноября 2008 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **26 ноября 2008 г. в 12:46** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира.
Уполномоченный орган: Администрация города Владимира.
Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».
Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.
Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 13 ноября 2008 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка стресс системы анализа ЭКГ в нагрузке с велоэргометром для нужд МУЗ "Первая городская поликлиника" г.Владимира.
Количество: 1 шт.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 350 000 руб.
Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.
Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Первая городская поликлиника" г.Владимир, Ново-Ямской пер., д. 4.
Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка, инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании силами поставщика.
до 20 декабря 2008г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: безналичный расчет.
в течение 30 календарных дней по факту поставки товара.
по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки.
Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.
в течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: см. приложение. При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, для ознакомления заказчика по его требованию.
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не менее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта на поставку стресс системы анализа ЭКГ в нагрузке с велоэргометром для нужд МУЗ «Первая городская поликлиника» г.Владимира

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Стресс система анализа ЭКГ в нагрузке с велоэргометром (код 3311228)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (одна) шт.
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара	
4.1.	Состав системы	
4.1.1	Программа анализа ЭКГ в нагрузке с базой данных	Наличие
4.1.2	12 канальный измерительный модуль ЭКГ	Наличие
4.1.3	Медицинский велоэргометр	Наличие

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
4.1.4	Компьютерный модуль имеет процессор P-IV 2,4 ГГц, оперативную память 512 MB;.Windows XP Home OEM Edition Rus	Не ниже
4.1.5	Монитор с разрешением 1600*1200 пикселей	Не ниже 19"
4.1.6	Принтер лазерный 1200x1200dpi	Наличие
4.1.7	Трансформатор-фильтр (2шт.)	Наличие
4.2.	Общие возможности	
4.2.1	Одновременное отображение и сохранение ЭКГ по выбору - 12 стандартные, Cabrera, 2 специальные или другие	Наличие
4.2.2	Встроенные протоколы проведения исследования	Наличие
4.2.3	Возможность создания и сохранения в памяти своего протокола проведения исследования	Наличие
4.2.4	Автоматическое измерение артериального давления (при наличии модуля)	Возможность
4.2.5	Параметры, которые отображаются, и вычисляются в режиме реального времени: отклонение ЭКГ кривой во время теста от первичной ЭКГ; зубцы P,Q,R,S,T и их амплитуды интервал PQ ширина комплекса QRS длительность сегмента QT ширина зубца Q угол зубцов P, T и комплекса QRS уровень сегмента ST наклон сегмента ST площадь сегмента ST J-точка амплитуды определение экстрасистол определение аритмий	Наличие
4.2.6	Тренды, отображаемые на дисплее монитора: частота сердечных сокращений, значение артериального давления, отображение процесса теста, отображение данных при тесте на велоэргометре в W или MET, отображение данных при тесте на беговой дорожке в MET, скорости, угла подъема скорость оборотов за минуту на велоэргометре QT, QT с длительностью количество вентрикулярных и суправентрикулярных экстрасистол за последнюю минуту	Наличие
4.2.7	Возможность замораживания кривой на экране и выбора цвета изображения данных	Наличие
4.2.8	Поиск пациентов по имени, коду или дате	Наличие
4.2.9	Просмотр сохраненных данных, их редактирование, удаление и распечатка данных исследования через термопринтер электрокардиографа или сетевой принтер	Наличие
4.2.10	Редактор отчета с возможностью создания комментарий врача, рекомендаций об идеальном весе и режиме последующих тренировок, номограммы Дюка (прогноз жизни пациента).	Наличие
4.2.11	Возможность экспорта и импорта данных	Наличие
4.2.12	Совместимость с эргометрами фирмы Lode (Нидерланды)	Наличие
4.3.	Технические характеристики	
4.3.1	ЭКГ усилитель	12 канальный синхронный, 1000 Hz/канал
4.3.2	Разрядность АЦП	13 Ыт, 2,5 uV/bit
4.3.3	Чувствительность	1/4, 1/2, l,2cm/mv, ±3 %
4.3.4	Скорость	10,25, 50, 100 mm/s
4.3.5	Фильтры:	сетевой фильтр мышечный фильтр программный фильтр изолинии
4.3.6	Частотный диапазон	0,05-150 Hz, 0/-3dB
4.3.7	Входной импеданс	min. 20 MOhm
4.3.8	Смещение постоянной составляющей	± 320 mV
4.3.9	Шум входящего сигнала	max. 20 p.Vpp
4.3.10	Коэффициент ослабления синфазного сигнала)	min. 100 dB
4.3.11	Определение кардиостимулятора	max. 700 mV/2 ms
4.3.12	Класс защиты	I, CF,IEC 601, IP 20
4.3.13	Защита от дефибрилляции	Кабелем с защитой от дефибрилляции
4.3.14	Прикладные стандарты	IEC601-2-25 AAMIEC13 IEC601-1
4.3.15	Велоэргометр	
4.3.16	Диапазон нагрузки	7-1000 Вт
4.3.17	Шаг изменения нагрузки	1 Вт
4.3.18	Точность	3%, не хуже чем 3 Вт

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
4.3.19	Модуль управления (встроенный):	
	Отображаемые функции: нагрузка, обороты в минуту, расстояние, время, вращающий момент	Наличие
4.3.20	Тип дисплея программируемого модуля управления	ЖК, 2х16 символов
4.3.21	Установки дисплея	По выбору
4.3.22	Программируемый модуль управления с измерением АД	опция
4.3.23	Принцип измерения АД	Тоны Короткова
4.3.24	Программируемый модуль управления с измерением Sp02 и ЧСС	опция
4.3.25	Регулировка	Сиденье: 520-820 мм Руль: 360°
4.3.26	Максимальный вес пациента	160 кг
4.3.27	Питание	115/230 В, 50/60Гц, 130 Вт
4.3.28	Интерфейс	Аналоговый, цифровой
4.3.29	Размеры (Д х Ш х В), см	115х60х114
4.3.30	Вес	56 кг
5.	Требования к безопасности товара	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). **Выпуск не ранее 2008 года.**
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами и средствами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика).	-

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	**Закрытое Акционерное Общество "НПВЛ ЛИАНА"** 600000, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, 57.
2	**ООО МТЦ "Медмарк-Сервис"** 600017, Владимирская область, г. Владимир ул. Луначарского 22А

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО МТЦ "Медмарк-Сервис"** (победитель аукциона) и составило ***308 000*** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Закрытое Акционерное Общество "НПВЛ ЛИАНА"** и составило ***309 000*** руб.

от Уполномоченного органа _____

от Заказчика _____

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области» Соловьев Ю.А.