Техническое задание для гастрофиброскопа Aohua XS-30

Критерий	**Техническое задание**
Рабочая длина вводимой трубки	1010 мм
Общая длина	1350 мм
Диаметр вводимой трубки	9,8 мм
Диаметр рабочего канала	2,8 мм
Диаметр дистального конца	9,8 мм
Изгиб дистального конца	
Верх/Вниз	180/90
Вправо/Влево	100/100
Угол поля зрения	100
Глубина резкости	3-100 мм
Диоптрия	+2--- -8 Дптр
Покрытие инструментального канала	Тефлон
Клапаны подачи воды/воздуха, отсоса, стопорные клапаны	Наличие
Способ дезинфекции	Холодный, с полным погружением
Комплект поставки	
Биопсийные щипцы	1 шт
Щетка для очистки инструментального канала	1 шт
Загубник	2 шт
Заглушка инструментального канала	10 шт
Адаптер для очистки каналов	1 шт
Течеискатель	Да
Гарантия	12 мес
Наличие сервисного центра в г.Москве	Наличие
Страна-производитель	Китай